

Data:
Dati cliente:

Rf.utente*:

*Siete tenuti a **NON** indicare dati personali e sensibili dell'utente in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n.2016/679.

CONFIGURAZIONE

Stabilizzatore per statica in postura eretta, prona o supina

01

Modelli



PRONA

☐
☐

SUPINA

P1 ☐


S1 ☐

P2 ☐

S2 ☐

P3 ☐

S3 ☐



02

Configurazione base

telaio con 4 estensioni con ruote piroettanti frenabili ✓
pistone di alzata regolabile ✓
pistone di bascula regolabile ✓
appoggio toracico/dorsale con fascia di posizionamento ✓
appoggio pelvico con fascia di posizionamento ✓
coppia appoggio ginocchia ✓
coppia appoggio piedi M1/M2/M3 ✓
tavolino ✓

PRONA

SUPINA

telaio con 4 estensioni con ruote piroettanti frenabili ✓
pistone di alzata regolabile ✓
pistone di bascula regolabile ✓
appoggio toracico/dorsale con fascia di posizionamento ✓
appoggio pelvico con fascia di posizionamento ✓
coppia appoggio ginocchia ✓
coppia appoggio piedi M1/M2/M3 ✓
tavolino ✓
poggiatesta ✓

03

Accessori

☐
☐
☐
☐

WALLY-KIT-01 Coppia appoggio piedi M1=180
WALLY-KIT-02 Coppia appoggio piedi M2=215
WALLY-KIT-03 Coppia appoggio piedi M3=240
WALLY-KIT-08 Tavolino di servizio

☐
☐
☐
☐

WALLY-KIT-05 Kit poggiatesta posizione prona M3
WALLY-KIT-06 Kit poggiatesta posizione prona M2
WALLY-KIT-07 Kit poggiatesta posizione prona M1
WALLY-KIT-11 Sedile divaricatore

04

Note

Per offrire miglior configurazione vi chiediamo di indicare **peso, altezza e età dell'utente**.

E'utile indicare anche: l'eventuale diagnosi, caratteristiche della postura, o altre informazioni di rilievo.

- ① Peso utente
② Altezza utente
③ Età utente

kg
cm
anni

--	--

(a cura del TO/medico valutatore)

firma

DATI TECNICI

		M1	M2	M3
Età utente	anni	1-5	5-13	10-14
Altezza utente	cm	50-95	90-120	100-140
Peso massimo utente	kg	40	40	50
Peso ausilio	kg	23	26	32
Forza del pistone di alzata	N	900	1100	1100
Forza del pistone di bascula	N	600	600	600
Ingombro laterale	cm	77-84	77-90	78-94
Ingombro frontale	cm	66-68	68-74	76-79
Distanza fulcro bascula da terra	cm	40 - 90	40 - 90	40 - 90
Reclinazione ortesi	cm	90°	90°	90°

Dispositivo medico registrato presso il Ministero della Salute **REG.NO.2335220**

Basic UDI **805050779003AH**

MOD.ORD.WALLY.ita.rev.02

